Bruksanvisning – Norsk

Xpod LP

Indikasjoner for bruk

Nonins Xpod er indikert for ikke-invasiv flekkontroll og / eller kontinuerlig overvåking av funksjonell oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO_2) med pulsfrekvens hos voksne og barn som bruker Nonin-merkede (originale) sensorer. Se anvisningene fra systemprodusenten for å finne en fullstendig liste over sensorer, tilleggsutstyr og bruksmiljøer.

Advarsler:

• Apparatet må ikke brukes i et MR-miljø.
• Må ikke brukes i en eksplosiv atmosfære eller i nærheten av brannfarlige anestesimidler eller gasser.
• Dette apparatet er ikke defibrilleringssikkert i henhold til IEC 60601-1.
• Kontroller alltid utstyret før bruk. Ikke bruk et skadet utstyr.
• Kontroller sensorens applikasjonssted minst hver 4. time for å sikre korrekt sensorjustering og hudintegritet. Pasientfølsomhet for sensoren kan variere etter medisinsk status eller hudtilstand.
• Som med alt medisinsk utstyr skal pasientledninger og -koblinger ledes forsiktig rundt pasienten for å redusere risikoen for sammenfiltring eller kvelning.
• Tap av overvåking kan oppstå hvis noen gjenstander hindrer pulsmålingen. Sørg for at ingen blodstrømningsbegrensere
• (f.eks. blodtrykksmansjett) hindrer pulsmålinger

⚠ Forsiktighetsregler:

• Følg gjeldende lokale vedtekter og veiledninger for gjenvinning med hensyn til avhending eller resirkulering av sensoren og alle komponenter.
• I overensstemmelse med 2002/96/EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) skal ikke produktet kastes som usortert kommunalt avfall. Denne enheten inneholder WEEE-stoffer; ta kontakt med systemprodusenten for å få anvisninger for retur eller resirkulering av enheten.
• Må ikke steriliseres, autoklaveres eller legges i noen form for væske. Ikke hell eller spray væsker på utstyret.
• Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler på utstyret. I den hensikt å unngå permanent skade på utstyret, skal det ikke benyttes andre rengjøringsmidler enn de som anbefales i denne bruksanvisningen.
• Oksimetersensoren virker muligens ikke på kalde ekstremiteter pga. redusert sirkulasjon. Varm eller gni med en finger for å øke sirkulasjonen, eller flytt sensoren.
• En funksjonstester kan ikke brukes til å vurdere nøyaktigheten av en oksymeterovervåker eller sensor.
MERK: For mer informasjon om nødvendige sikkerhetskrav og regulatoriske krav til pulsoksymetre, se ISO 80601-2-61 og IEC 60601-1. Ytterligere sikkerhetsinformasjon finner du i merkingen som følger med hver Nonin-sensor.

Rengjøringsanvisninger

1.Tørk av enheten med en myk klut som er fuktet med en blanding av 10 % blekemiddel / 90 % vannløsning (vanlig blekemiddel til husholdningsbruk [som inneholder mindre enn 10 % natriumhypokloritt]). Bruk ikke ufortynnet blekemiddel eller andre rengjøringsmidler enn dem som anbefales her, ellers kan det oppstå permanent skade.
2.Tørk av med en myk klut eller la utstyret lufttørke.

Tilbehør

Se systemprodusentens instruksjoner for en komplett liste over sensorer og tilbehør.

Overensstemmelse

Dette produktet er i overensstemmelse med ISO 10993-1.
Ikke produsert med naturgummilateks.

Garanti

Se systemprodusentens garantierklæring. Kontakt systemprodusenten for service og kundestøtte. Nonin forbeholder seg retten til å endre og forbedre disse anvisningene og produktet som er beskrevet i disse, når som helst, uten varsel eller forpliktelser.

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN 55441-5443 USA

+1 (763) 553-9968
(800) 356-8874 (kun i USA og Canada)
+31 (0)13 - 79 99 040 (Europa)

Faks: +1 (763) 553-7807
+31 (0)13 - 79 99 042 (Europa)

E-post: info@nonin.com
infointl@nonin.com (Europa)

nonin.com

110738-016-02
© 2020 Nonin Medical, Inc.